



北京纳百景卉生物科技有限公司

北京经济技术开发区科创六街 88 号院 E1 栋 5 层
电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 庆大霉素检测试纸条
产品批号 Lot No.: 8071170101
生产日期 Date of Production: 2017.01.22
有效期至 Expired: 2018.01.22
质检编码 QC Code: F8071170101

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.05mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
检测限 LOD	1、检测浓度 0ng/ml 时, 样品呈阴性 0ng/ml, negative 2、添加检测限浓度, 样品呈阳性 LOD concentration, positive	符合要求 Conformed	合格 Qualified
假阴性率 False Negative Rate	0	符合要求 Conformed	合格 Qualified
假阳性率 False Positive Rate	≤2%	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2017.01.22