



# 北京纳百景卉生物科技有限公司

北京经济技术开发区科创六街 88 号院 E1 栋 5 层  
电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

## 产品质检报告

### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氯霉素快速检测试纸条  
产品批号 Lot No.: 8121170201  
生产日期 Date of Production: 2017.02.18  
有效期至 Expired: 2018.02.18  
质检编码 QC Code: T8121170201

| 检测项目<br>Test item           | 技术要求<br>Standard  | 检验结果<br>Test result | 单项判定<br>Item conclusion |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 物理外观<br>Physical Appearance | 1、试纸条规格 Dipsticks Specification :<br>4.05mm×70mm<br>2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging<br>3、内容物齐全 Completed Content<br>4、试纸条洁净无破损含干燥剂<br>No damaged Dipsticks. Including Desiccant<br>5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒<br>Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 检测限<br>LOD                  | 1、检测浓度 0ng/ml 时，样品呈阴性<br>0ng/ml, negative<br>2、添加检测限浓度，样品呈阳性<br>LOD concentration, positive   | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 假阴性率<br>False Negative Rate | 0   | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 假阳性率<br>False Positive Rate | ≤2%   | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 均一性<br>Uniformity           | 产品显色均一<br>Uniformed Stripe Color  | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 结论 Conclusion:              | <b>本产品经检验合格<br/>Conform of Specification</b>  |                     |                         |

质检部 QC Department

日期 Date: 2017.02.18