



北京纳百景卉生物科技有限公司

北京经济技术开发区科创六街 88 号院 E1 栋 5 层
电话: 销售中心 010-57114135 传真: 010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氟喹诺酮类检测试纸条
产品批号 Lot No.: 1055170801
生产日期 Date of Production: 2017.08.11
有效期至 Expired: 2018.08.11
质检编码 QC Code: T1055170801

| 检测项目 Test item | 技术要求 Standard | 检验结果 Test result | 单项判定 Item conclusion |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 物理外观 Physical Appearance | 1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.05mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 检测限 LOD | 1、检测浓度 0ng/ml 时, 样品呈阴性 0ng/ml, negative 2、添加检测限浓度, 样品呈阳性 LOD concentration, positive | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 假阴性率 False Negative Rate | 0 | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 假阳性率 False Positive Rate | ≤2% | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 均一性 Uniformity | 产品显色均一 Uniformed Stripe Color | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 结论 Conclusion: | 本产品经检验合格 Conform of Specification | | |

质检部 QC Department

日期 Date: 2017.08.11