



# 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

## 产品质检报告

### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 三聚氰胺检测试纸条

产品批号 Lot No.: 3201180102

生产日期 Date of Production: 2018.01.28

有效期至 Expired: 2019.01.28

质检编码 QC Code: T3201180102

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.05mm × 76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel, 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 2036-2168, C 值 486-577 T/C 值 3.729-4.302	符合要求 Conformed	合格 Qualified
12.5ppb 读值 12.5ppb value	T 值 987-1158, C 值 857-1002, T/C 值 1.1-1.228	符合要求 Conformed	合格 Qualified
25ppb 读值 25ppb value	T 值 693-724, C 值 938-1007, T/C 值 0.702-0.772	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	<b>本产品经检验合格</b> <b>Conform of Specification</b>		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.01.28