

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: β -内酰胺类&头孢氨苄检测试纸条

产品批号 Lot No.: 88015180301

生产日期 Date of Production: 2018.03.22

有效期至 Expired: 2019.03.22

质检编码 QC Code: F88015180301

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T ₁ 值 1305-1490, T ₂ 值 1566-1619,C值 372-410, T ₁ /C值 3.48-3.901 ,T ₂ /C值 3.896-4.352	符合要求 Conformed	合格 Qualified
CEX10ppb 读值 10ppb value	T ₁ 值 212-265, C值 366-390, T ₁ /C 值 0.579-0.712	符合要求 Conformed	合格 Qualified
青 G1.5ppb 读值 1.5ppb value	T ₂ 值 304-394, C值 364-397, T ₂ /C 值 0.802-0.992	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.05.22

