

## 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

### 产品质检报告

#### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 三聚氰胺检测试纸条

产品批号 Lot No.: 83205180602

生产日期 Date of Production: 2018.06.08

有效期至 Expired: 2019.06.08

质检编码 QC Code: T83205180602

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1577-1650, C 值 294-382, T/C 值 4.832-5.612	符合要求 Conformed	合格 Qualified
25ppb 读值 25ppb value	T 值 742-774, C 值 799-892, T/C 值 0.832-0.942	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	<b>本产品经检验合格</b> <b>Conform of Specification</b>		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.06.08

