

## 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

### 产品质检报告

#### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 三聚氰胺检测试纸条

产品批号 Lot No.: 83201180506

生产日期 Date of Production: 2018.05.31

有效期至 Expired: 2019.05.31

质检编码 QC Code: T83201180506

| 检测项目<br>Test item           | 技术要求<br>Standard   | 检验结果<br>Test result | 单项判定<br>Item conclusion |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 物理外观<br>Physical Appearance | 1、试纸条规格 Dipsticks Specification:<br>4.50mm×76mm<br>2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging<br>3、内容物齐全 Completed Content<br>4、试纸条洁净无破损含干燥剂<br>No damaged Dipsticks. Including Desiccant<br>5、产品规格：8T/桶，96T/盒<br>Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 阴性读值<br>negative value      | T 值 1560-1621, C 值 309-373,<br>T/C 值 4.193-5.246   | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 25ppb 读值<br>25ppb value     | T 值 760-859, C 值 923-1060,<br>T/C 值 0.745-0.931  | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 均一性<br>Uniformity           | 产品显色均一<br>Uniformed Stripe Color   | 符合要求<br>Conformed   | 合格<br>Qualified         |
| 结论 Conclusion:              | <b>本产品经检验合格</b><br><b>Conform of Specification</b>   |                     |                         |

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.05.31

