

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: β -内酰胺类&头孢氨苄&四环素类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81033180701

生产日期 Date of Production: 2018.07.05

有效期至 Expired: 2019.07.05

质检编码 QC Code: F81033180701

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	C 值 695-732, T ₁ 值 1178-1250, T ₂ 值 1097-1158, T ₃ 值 1329-1379, T ₁ /C 值 1.658-1.788, T ₂ /C 值 1.511-1.630, T ₃ /C 值 1.848-1.941	符合要求 Conformed	合格 Qualified
TC8ppb 读值 8ppb value	T ₁ 值 343-419, C 值 667-807, T ₁ /C 值 0.501-0.606	符合要求 Conformed	合格 Qualified
CEX 20ppb 读值 20ppb value	T ₂ 值 87-113, C 值 672-724, T ₂ /C 0.120-0.168	符合要求 Conformed	合格 Qualified
青 G 2ppb 读值 2ppb value	T ₃ 值 97-105, C 值 638-746, T ₃ /C 值 0.130-0.163	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.07.05

