

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 头孢菌素类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81017180101

生产日期 Date of Production: 2018.01.31

有效期至 Expired: 2019.01.31

质检编码 QC Code: T81017180101

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1821-1871, C 值 442-534 T/C 值 3.41-4.158	符合要求 Conformed	合格 Qualified
头孢氨苄 30ppb 读值 30ppb value	T 值 1454-1556, C 值 637-719, T/C 值 2.159-2.389	符合要求 Conformed	合格 Qualified
头孢氨苄 60ppb 读值 60ppb value	T 值 822-928, C 值 627-875, T/C 值 0.912-0.998	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2019.01.31

