



北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话: 销售中心 010-57114135 传真: 010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氟尼辛检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81603180801

生产日期 Date of Production: 2018.08.15

有效期至 Expired: 2019.08.15

质检编码 QC Code: 81603180801

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1614-1718, C 值 474-538, T/C 值 3.128-3.506	符合要求 Conformed	合格 Qualified
2.5ppb 读值 2.5ppb value	T 值 1177-1288, C 值 658-775, T/C 值 1.662-1.818	符合要求 Conformed	合格 Qualified
5ppb 读值 5ppb value	T 值 849-984, C 值,796-982 T/C 值 1.035-1.163	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.08.15

