

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氟尼辛检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81603180601

生产日期 Date of Production: 2018.06.09

有效期至 Expired: 2019.06.09

质检编码 QC Code: 81603180601

| 检测项目 Test item | 技术要求 Standard | 检验结果 Test result | 单项判定 Item conclusion |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 物理外观 Physical Appearance | 1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 阴性读值 negative value | T 值 1444-1525, C 值 214-276, T/C 值 5.319-6.785 | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 2.5ppb 读值 2.5ppb value | T 值 892-953, C 值 489-741, T/C 值 1.204-1.587 | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 5ppb 读值 5ppb value | T 值 658-676, C 值 773-1077, T/C 值 0.611-0.857 | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 均一性 Uniformity | 产品显色均一 Uniformed Stripe Color | 符合要求 Conformed | 合格 Qualified |
| 结论 Conclusion: | 本产品经检验合格 Conform of Specification | | |

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.06.09

质检专用章

