

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氟喹诺酮类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81054180801

生产日期 Date of Production: 2018.08.20

有效期至 Expired: 2019.08.20

质检编码 QC Code: T81054180801

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1111-1246, C 值 363-527, T/C 值 2.263-3.201	符合要求 Conformed	合格 Qualified
洛美 3ppb 读值 3ppb value	T 值 675-726, C 值 642-767, T/C 值 0.744-1.051	符合要求 Conformed	合格 Qualified
培氟 3ppb 读值 3ppb value	T 值 653-690, C 值 675-778, T/C 值 0.97-0.839	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.08.20

质检专用章

