

## 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

### 产品质检报告

#### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 磺胺类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 88031180901

生产日期 Date of Production: 2018.09.26

有效期至 Expired: 2019.09.26

质检编码 QC Code: T88031180901

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 2038-2182, C 值 779-862, T/C 值 2.485-2.751	符合要求 Conformed	合格 Qualified
SM <sub>2</sub> 1ppb 读值 SM <sub>2</sub> 1ppb value	T 值 1425-1642, C 值 1411-1556, T/C 值 0.916-1.068	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	<b>本产品经检验合格</b> Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.09.26

