

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: β -内酰胺类&头孢氨苄&四环素类检测测试纸条

产品批号 Lot No.: 81035181001

生产日期 Date of Production: 2018.10.16

有效期至 Expired: 2019.10.16

质检编码 QC Code: F81035181001

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	C 值676-739, T ₁ 值1517-1694, T ₂ 值1298-1395, T ₃ 值1652-1756, T ₁ /C 值2.244-2.336, T ₂ /C 值1.888-1.990, T ₃ /C 值2.376-2.499	符合要求 Conformed	合格 Qualified
TC5ppb 读值 5ppb value	T ₁ 值510-549, C 值 609-646, T ₁ /C 值0.831-0.854	符合要求 Conformed	合格 Qualified
CEX 5ppb 读值 5ppb value	T ₂ 值 458-479, C 值658-690, T ₂ /C 0.664-0.704	符合要求 Conformed	合格 Qualified
青 G 1.5ppb 读值 1.5ppb value	T ₃ 值 351-442, C 值606-654, T ₃ /C 值 0.550-0.682	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.10.16

