

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 链霉素&新霉素&林可霉素检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81104181001

生产日期 Date of Production: 2018.10.12

有效期至 Expired: 2019.10.12

质检编码 QC Code: F81104181001

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.50mm×76mm 2、装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	C 值 554-673, T ₁ 值 1261-1466, T ₂ 值 1292-1443, T ₃ 值 1583-1772, T ₁ /C 值 2.008-2.370, T ₂ /C 值 2.107-2.404, T ₃ /C 值 2.633-2.928	符合要求 Conformed	合格 Qualified
Lin 6ppb 读值 6ppb value	T ₁ 值 212-278, C 值 543-567, T ₁ /C 值 0.368-0.510	符合要求 Conformed	合格 Qualified
NEO 5ppb 读值 5ppb value	T ₂ 值 380-393, C 值 527-565, T ₂ /C 0.673-0.746	符合要求 Conformed	合格 Qualified
STR 60ppb 读值 60ppb value	T ₃ 值 207-306, C 值 413-541, T ₃ /C 值 0.501-0.607	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.10.12

质检专用章

