

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 链霉素&新霉素&林可霉素检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81104181002

生产日期 Date of Production: 2018.10.19

有效期至 Expired: 2019.10.19

质检编码 QC Code: F81104181002

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.50mm×76mm 2、装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	C 值 587-624, T ₁ 值 1158-1364, T ₂ 值 1407-1517, T ₃ 值 1773-1925, T ₁ /C 值 1.969-2.237, T ₂ /C 值 2.304-2.528, T ₃ /C 值 2.861-3.208	符合要求 Conformed	合格 Qualified
Lin 6ppb 读值 6ppb value	T ₁ 值 221-279, C 值 487-544, T ₁ /C 值 0.454-0.570	符合要求 Conformed	合格 Qualified
NEO 5ppb 读值 5ppb value	T ₂ 值 374-481, C 值 506-581, T ₂ /C 值 0.712-0.875	符合要求 Conformed	合格 Qualified
STR 60ppb 读值 60ppb value	T ₃ 值 308-385, C 值 441-600, T ₃ /C 值 0.525-0.699	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.10.19

