

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: β -内酰胺类&头孢氨苄检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81013181101

生产日期 Date of Production: 2018.11.13

有效期至 Expired: 2019.11.13

质检编码 QC Code: F81013181101

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T ₁ 值 1435-1513, T ₂ 值 1747-1709, C值 600-652, T ₁ /C值 2.231-2.401, T ₂ /C值 2.672-2.848	符合要求 Conformed	合格 Qualified
CEX20ppb 读值 20ppb value	T ₁ 值 178-224, C值 579-632, T ₁ /C值 0.303-0.354	符合要求 Conformed	合格 Qualified
青 G1.5ppb 读值 1.5ppb value	T ₂ 值 387-538, C值 550-596, T ₂ /C值 0.649-0.978	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.11.13

