NBGen®

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼
电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis（COA）

产品名称 Product Name: 氟喹诺酮类检测试纸条
产品批号 Lot No.: 81063181201
生产日期 Date of Production: 2018.12.21
有效期至 Expired: 2019.12.21
质检编码 QC Code: 81063181201

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1344-1399, C 值 501-524, T/C 值 2.645-2.710	符合要求 Conformed	合格 Qualified
洛美 0.5ppb 读值 0.5ppb value	T 值 688-864, C 值 621-755, T/C 值 0.911-1.030	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	**本产品经检验合格** **Conform of Specification**		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.12.21

北京纳百生物科技有限公司 质检专用章