

## 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

### 产品质检报告

### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name:  $\beta$ -内酰胺类&头孢氨苄&四环素类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 121190101

生产日期 Date of Production: 2019.01.23

有效期至 Expired: 2020.01.23

质检编码 QC Code: 121190101

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	C 值510-601, T <sub>1</sub> 值1218-1411, T <sub>2</sub> 值1202-1353, T <sub>3</sub> 值1340-1478, T <sub>1</sub> /C 值2.156-2.542, T <sub>2</sub> /C 值2.127-2.510, T <sub>3</sub> /C 值2.372-2.716	符合要求 Conformed	合格 Qualified
TC2ppb 读值 ppb value	T <sub>1</sub> 值247-304, C 值 471-531, T <sub>1</sub> /C 值0.516-0.602	符合要求 Conformed	合格 Qualified
CEX 5ppb 读值 5ppb value	T <sub>2</sub> 值 268-299, C 值489-529, T <sub>2</sub> /C 0.531-0.605	符合要求 Conformed	合格 Qualified
青 G 1.2ppb 读值 1.2ppb value	T <sub>3</sub> 值 299-430, C 值443-507, T <sub>3</sub> /C 值 0.69-0.860	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	<b>本产品经检验合格 Conform of Specification</b>		

质检部 QC Department

日期 Date: 2019.01.23

