

北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

产品质检报告

Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: β -内酰胺酶检测试纸条

产品批号 Lot No.: Y3103181201

生产日期 Date of Production: 2018.12.06

有效期至 Expired: 2019.12.06

质检编码 QC Code: Y3103181201

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification : 4.05mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
检测限 LOD	1、检测浓度 0U/ml 时，样品呈阴性 0U/ml, negative 2、添加检测限浓度，样品呈阳性 LOD concentration, positive	符合要求 Conformed	合格 Qualified
假阴性率 False Negative Rate	0	符合要求 Conformed	合格 Qualified
假阳性率 False Positive Rate	$\leq 2\%$	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2018.12.06

质检专用章

