

# 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园 3 号楼

电话：销售中心 010-57114135 传真：010-57707709

## 产品质检报告

### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 磺胺类检测试纸条

产品批号 Lot No.: 81042190301

生产日期 Date of Production: 2019.03.11

有效期至 Expired: 2020.03.11

质检编码 QC Code: T81042190301

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整，密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格：8T/桶，96T/盒 Product specification: 8T/Barrel , 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T 值 1795-1889, C 值 580-645, T/C 值 2.848-3.133	符合要求 Conformed	合格 Qualified
SM <sub>2</sub> 0.5ppb 读值 0.5ppb value	T 值 1640-1780, C 值 905-1017 T/C 值 1.613-1.843	符合要求 Conformed	合格 Qualified
SM <sub>2</sub> 1ppb 读值 1ppb value	T 值 781-1054, C 值 1340-1658, T/C 值 0.583-0.675	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	<b>本产品经检验合格</b> <b>Conform of Specification</b>		

质检部 QC Department

日期 Date: 2019.05.11

