

# 北京纳百生物科技有限公司

北京亦庄经济技术开发区科创十四街中通泰科技园3号楼

电话: 销售中心 010-57114135 传真: 010-57707709

## 产品质检报告

### Certificate of Analysis (COA)

产品名称 Product Name: 氯霉素快速检测试纸条

产品批号 Lot No.: 741190403

生产日期 Date of Production: 2019.04.20

有效期至 Expired: 2020.04.20

质检编码 QC Code: 741190403

检测项目 Test item	技术要求 Standard	检验结果 Test result	单项判定 Item conclusion
物理外观 Physical Appearance	1、试纸条规格 Dipsticks Specification: 4.50mm×76mm 2、包装洁净平整, 密封严实 Good Packaging 3、内容物齐全 Completed Content 4、试纸条洁净无破损含干燥剂 No damaged Dipsticks. Including Desiccant 5、产品规格: 8T/桶, 96T/盒 Product specification: 8T/Barrel, 96T/Box	符合要求 Conformed	合格 Qualified
阴性读值 negative value	T值 1188-1246, C值 549-631, T/C值 1.948-2.164	符合要求 Conformed	合格 Qualified
0.1ppb 读值 0.1ppb value	T值 498-654, C值 724-787, T/C值 0.688-0.884	符合要求 Conformed	合格 Qualified
均一性 Uniformity	产品显色均一 Uniformed Stripe Color	符合要求 Conformed	合格 Qualified
结论 Conclusion:	本产品经检验合格 Conform of Specification		

质检部 QC Department

日期 Date: 2019.04.20

质检专用章

